



Ref. Certif. No.

US/8133/UL

IEC SYSTEM FOR CONFORMITY TESTING AND CERTIFICATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ESSAIS DE CONFORMITE ET DE CERTIFICATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

VO2 Tester

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Medical Graphics Corp
350 Oak Grove Pky
St Paul, MN 55127, USA

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Medical Graphics Corp
350 Oak Grove Pky
St Paul, MN 55127, USA

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Medical Graphics Corp
350 Oak Grove Pky
St Paul, MN 55127, USA

Rating and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

100/120 V ac, 50/60 Hz, 1.5 A
230/240 V ac, 50/60 Hz, 0.85 A

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Model / Type Ref.
Ref de type

CPX Ultima

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

This CB Test Report comprises 7 Enclosures.

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

as shown in the Test Report Ref No which forms part of this Certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

PUBLICATION EDITION

IEC 60601-1 (1988) Second Edition, with Amendment No. 1 (1991) and No. 2 (1995) with the exception of: Clause 36, Electromagnetic Compatibility, Clause 48, Biocompatibility, and Clause 52.1 (IEC 601-1-4), Programmable Electronic Systems. Inclusive of CENELEC Common Modifications. See Test Report for National Differences.

E160574-A1-CB-1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Underwriters Laboratories Inc.®

Underwriters Laboratories Inc. / Certification Programs Office
333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096
United States of America
TEL INT* 1-847-272-8800, Ext. 43008 FAX INT* 1-847-272-9562
email: jolanta.m.wroblewska@us.ul.com

Date:
Issued: 2004 March 24

Signature:

Jolanta M. Wroblewska